

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

Nazwa	: Butelka sterylna z tiosiarczanem sodu 20 mg/L
Nr katalogowy	: GCB1201901T
Nr LOT	: 01/2024
Data produkcji	: 01/2024
Data ważności	: 01/2027
Materiał	: HDPE (TIPELIN BA 550-13)*
Zawartość tiosiarczanu sodu	: 20 mg/L
Kolor	: Transparentny
Kontrola wymiarów	: Zgodny
Test sterylności	: Zgodny
Wygląd zewnętrzny	: Zgodny
Sterylicacja	: elektronowa sterylizacja 15kGy
Kontrola wolumetryczna	: Zgodny
Typ opakowania	: Zbiorcze opakowanie (36 sztuk)

Nr kat.	Pojemność	Wymiary	Średnica wewnętrzna szyjki	Rozmiar gwintu
GCB1201901T	1000 ml	86x67x210 mm	36 mm	GL 45

Butelki do poboru posiadają etykietę, na której znajdziemy datę przydatności do użytku i numer serii (LOT). Etykieta umożliwi użytkownikowi opisanie pobranej próbki.

*Zgodne z deklaracją producenta polimer ten spełnia wymagania materiału przeznaczonego do produkcji opakowań dedykowanych do kontaktu z żywnością.

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu