

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC301041

Potasu nadmanganian 0,02 mol/L

Gatunek:

Nr serii: 11/23/2

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,02 mol/l \pm 0,5%	0,02007 mol/l (\pm 0,00006 mol/l)
Barwa	Barwa fioletowa	zgodny

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 05/2024

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu