

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC405081
GC40508250
GC40508500

di-sodu wersenian 2 hydrat

Gatunek: **czda**

Nr serii: **07/2023**

Parametr	Wymagania	Wynik
Zawartość głównego składnika	Min. 99,5%	99,7%
Zawartość chlorków	Max. 0,01%	Zgodny
Zawartość siarczanów	Max. 0,1%	Zgodny
Zawartość metali ciężkich	Max. 0,001%	Zgodny
Zawartość żelaza	Max. 0,001%	Zgodny
pH	4 – 5	Zgodny
Wartość chelacji	260 – 290	Zgodny
Wygląd	Biały proszek	Zgodny

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 07/2027

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu