

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC304031
GC304035

Srebra azotan r-r mianowany 0,1 mol/L

Gatunek:

Nr serii: 2241

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,1 mol/l ± 0,5%	0,0997 mol/l

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 02/2026

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu