

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC304031 Srebra azotan roztwór mianowany 0,1 mol/L

Gatunek: r-r mianowany

Nr serii: 6242

| Parametr | Wymagania | Wynik |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Miano roztworu (20°C) | 0,1 mol/l \pm 0,5% | 0,10018 mol/l (\pm 0,0003 mol/L) |

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 03/2026

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu