

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

<b>Nazwa</b>	: Butelka sterylna z tiosiarczanem potasu 20 mg/L
<b>Nr katalogowy</b>	: GCB1203901T
<b>Nr LOT</b>	: 09/2023
<b>Data produkcji</b>	: 09/2023
<b>Data ważności</b>	: 09/2026
<b>Materiał</b>	: HDPE (TIPELIN BA 550-13)*
<b>Zawartość tiosiarczanu potasu</b>	: 20 mg/L
<b>Kolor</b>	: Transparentny
<b>Kontrola wymiarów</b>	: Zgodny
<b>Test sterylności</b>	: Zgodny
<b>Wygląd zewnętrzny</b>	: Zgodny
<b>Sterylicacja</b>	: elektronowa sterylizacja 15kGy
<b>Kontrola wolumetryczna</b>	: Zgodny
<b>Typ opakowania</b>	: Zbiorcze opakowanie (36 sztuk)

Nr kat.	Pojemność	Wymiary	Średnica wewnętrzna szyjki	Rozmiar gwintu
GCB1203901T	1000 ml	88x68x210 mm	36 mm	GL 45

Butelki do poboru posiadają etykietę, na której znajdziemy datę przydatności do użytku i numer serii (LOT). Etykieta umożliwi użytkownikowi opisanie pobranej próbki.

\*Zgodne z deklaracją producenta polimer ten spełnia wymagania materiału przeznaczonego do produkcji opakowań dedykowanych do kontaktu z żywnością.

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu