

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

Nazwa	: Butelka sterylna z sodu tiosiarczanem 60 mg/L
Nr katalogowy	: GCB40401500T
Nr LOT	: 01/2024
Data produkcji	: 01/2024
Data ważności	: 01/2027
Materiał	: HDPE (TIPELIN BA 550-13)*
Kolor	: Transparentny
Kontrola wymiarów	: Zgodny
Test sterylności	: Zgodny
Wygląd zewnętrzny	: Zgodny
Sterylicacja	: elektronowa sterylizacja 15kGy
Kontrola wolumetryczna	: Zgodny
Typ opakowania	: Zbiorcze opakowanie (54 sztuk)
Zawartość tiosiarczanu sodu	: 60mg/L

Nr kat.	Pojemność	Wymiary	Średnica wewnętrzna szyjki	Rozmiar gwintu
GCB40401500T	500 ml	86x67x133 mm	36 mm	GL 45

Butelki do poboru posiadają etykietę, na której znajdziemy datę przydatności do użytku i numer serii (LOT). Etykieta umożliwi użytkownikowi opisanie pobranej próbki.

*Zgodne z deklaracją producenta polimer ten spełnia wymagania materiału przeznaczonego do produkcji opakowań dedykowanych do kontaktu z żywnością.

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu