

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

Alkohol etylowy 70%

GC309025

Gatunek: **czda**

Na bazie alkoholu odwodnionego skażonego metodą europejską

Nr serii: **11/2023**

Parametr	Wymagania	Wynik
Wygląd zewnętrzny	Bezbarwna, klarowna ciecz	Zgodny
Zawartość etanolu	Min 70%	70,1%
Gęstość	Ok 0,885 g/cm ³	0,886 g/cm ³
Aldehydy jako CH ₃ CHO	Max 0,0005%	< 0,0005%
Metanol (CH ₃ OH)	Max. 0,05%	< 0,05%
Alkohole wyższe	Max 0,001%	< 0,001%

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wyrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 11/2027

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu