

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC3020515
GC30205110

Wapnia chlorek 6 hydrat

Gatunek: cz

Nr serii: 07/2023

Parametr	Wymagania	Wynik
Zawartość	Min. 97,5%	Zgodny
Wygląd zewnętrzny	bezbarwne, higroskopijne kryształy	Zgodny
Substancje nierozp. w wodzie	Max. 0,01%	Zgodny
pH (5%, H ₂ O)	5,5-7,5	Zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	Max. 0,001%	Zgodny
Siarczany (SO ₄)	Max. 0,01%	Zgodny
Bar (Ba)	Max. 0,01%	Zgodny
Magnez (Mg)	Max. 0,1%	Zgodny
Potas (K)	Max. 0,02%	Zgodny
Sód (Na)	Max. 0,3%	Zgodny
Żelazo (Fe)	Max. 0,0005%	Zgodny

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 07/2027

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu