

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC206091

Eter naftowy 40-60°C

Gatunek: **czda**Nr serii: **7241**

Parametr	Wymagania	Wynik
Wygląd zewnętrzny	Jasny, klarowny	Zgodny
Gęstość (20°C)	0,640-0,665g/ml	0,652 g/ml
Destylacja nie niżej	40°C	Odpowiada
Destylacja nie wyżej	60°C	Odpowiada
Odczyn wyciągu wodnego	Obojętny	Obojętny
Pozostałość po odparowaniu	Max. 0,001%	<0,001%
Węglowodory aromatyczne (j. C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	Max. 0,001%	<0,001%
Badanie na obecność siarki aktywnej	Wytrzymuje	Zgodny
Próba na obecność substancji nielotnych	Wytrzymuje	Zgodny

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

**Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM****Okres ważności: 07/2028****ODCZYNNIK LABORATORYJNY****Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu**