

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC504061
GC504065

Kwas siarkowy r-r mianowany 0,05 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 11/23/2

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,05 mol/l \pm 0,5%	0,04992 mol/l (\pm 0,0003 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 11/2025

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu