

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC303075

Kwas siarkowy r-r mianowany 0,125 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 9K2241

| Parametr | Wymagania | Wynik |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| Miano roztworu (20°C) | 0,125 mol/l \pm 0,5% | 0,1250 mol/l (\pm 0,0004 mol/L) |

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 09/2026

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu