

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC303075

Kwas siarkowy r-r mianowany 0,125 mol/l

Gatunek:

Nr serii: K5/11/23/1

| Parametr              | Wymagania              | Wynik                             |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Miano roztworu (20°C) | 0,125 mol/l $\pm$ 0,5% | 0,125 mol/l ( $\pm$ 0,0004 mol/L) |

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 11/2025

## ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu