

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC945861

Kwas siarkowy r-r mianowany 0,1275 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 7241

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,1275 mol/l ± 0,5%	0,12756 mol/l (± 0,0004 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 07/2026

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu