

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC309055

GC309051

Kwas siarkowy r-r mianowany 0,13 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 6/23/1

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,13 mol/l ± 0,5%	0,1301 mol/l (± 0,0004 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

**Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**

**Okres ważności: 06/2025**

## ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu