

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC3090610  
GC309061  
GC309065

Kwas siarkowy r-r mianowany 3 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 2241

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	3 mol/l $\pm$ 0,5%	3,002 mol/l

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$  przy poziomie ufności 95%.

**Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**

**Okres ważności: 02/2026**

**ODCZYNNIK LABORATORYJNY**

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu