

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC3020710  
GC3020720

Kwas siarkowy 50%

Gatunek: czda

Nr serii: 02/24

Parametr	Wymagania	Wynik
Wygląd zewnętrzny	Bezbarwna, klarowna ciecz	zgodny
Zawartość	50,0%±1	50,2%
Gęstość	Ok. 1,395 g/cm <sup>3</sup>	Ok. 1,395 g/cm <sup>3</sup>
Pozostałość po prażeniu	Max. 0,001%	< 0,001%
Azotany (NO <sub>3</sub> )	Max. 0,0008%	< 0.0008%
Chlorki (Cl)	Max. 0.00001%	< 0.00001%
Sole amonowe (NH <sub>4</sub> )	Max. 0.0003%	< 0.0003%
Metale ciężkie (j. Pb)	Max. 0.0002%	< 0.0002%
Żelazo (Fe)	Max. 0.0001%	< 0.0001%

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wyrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

**Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**

**Okres ważności: 02/2028**

**ODCZYNNIK LABORATORYJNY**

**Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu**