

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC302025  
GC302021

Kwas siarkowy 62%

Gatunek: czda

Nr serii: 2241

Parametr	Wymagania	Wynik
Wygląd zewnętrzny	Bezbarwna do opalizującej, klarowna ciecz	Zgodny
Zawartość	Min. 62,0%	62,1%
Gęstość	Ok. 1,6 g/cm <sup>3</sup>	1,602 g/cm <sup>3</sup>
Pozostałość po prażeniu	Max. 0,001%	< 0,001%
Substancje red. KMnO <sub>4</sub>	Max. 0,0003%	< 0,0003%
Azotany (NO <sub>3</sub> )	Max. 0,0002%	< 0,0002%
Chlorki (Cl)	Max. 0.0001%	< 0.0001%
Sole amonowe (NH <sub>4</sub> )	Max. 0.0003%	< 0.0003%
Metale ciężkie (j. Pb)	Max. 0.0002%	< 0.0002%
Arsen (As)	Max. 0,000005%	< 0,000005%
Selen (Se)	Max. 0.0003%	< 0.0003%
Żelazo (Fe)	Max. 0.0001%	< 0.0001%

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

**Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**

**Okres ważności: 02/2028**

**ODCZYNNIK LABORATORYJNY**

**Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu**