

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC537041

Kwas ortofosforowy 4%

Gatunek: czda

Nr serii: 2241

Parametr	Wymagania	Wynik
Zawartość	4 ± 0,1%	4,02 %
Gęstość (20°C)o	1,02-1,05 g/cm ³	zgodna
Azotany (NO ₃)	Max 0,0006%	< 0,0006%
Chlorki (Cl)	Max 0,0005%	< 0,0005%
Siarczany (SO ₄)	Max 0,003%	< 0,003%
Miedź (Cu)	Max 0,00002%	< 0,00002%
Ołów (Pb)	Max 0,00005%	< 0,00005%
Potas (K)	Max 0,002%	< 0,002%
Sód (Na)	Max 0,002%	< 0,002%
Wapń (Ca)	Max 0,002%	< 0,002%
Żelazo (Fe)	Max 0,0001%	< 0,0001%
Wygląd zewnętrzny	Bezbarwna, klarowna, ciecz	Zgodny

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wyrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**Okres ważności: 02/2026****ODCZYNNIK LABORATORYJNY****Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu**