

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC303031
GC303035

Kwas solny r-r mianowany 0,02 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 10/23

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,02 mol/l ± 0,5%	0,02004 mol/l (± 0,00006 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 10/2025

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu