

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC204015

Kwas solny r-r mianowany 0,1 mol/l

Gatunek:

Nr serii: K11/23/7

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,1 mol/l $\pm$ 0,5%	0,09993 mol/l ( $\pm$ 0,0003 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 07/2025

## ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu