

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC309005
GC309001

Kwas solny r-r mianowany 0,2 mol/l

Gatunek:

Nr serii: **K06/24/1**

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,2 mol/l \pm 0,5%	0,20009 mol/l (\pm 0,0006 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: **ODPOWIADA WYMAGANIOM**

Okres ważności: 01/2026

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu