

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC403041

Kwas solny r-r mianowany 0,31 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 8241

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,31 mol/l \pm 0,5%	0,3105 mol/l (\pm 0,0009 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 08/2026

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu