

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC502001

Potasu nadmanganian 0,002 mol/L

Gatunek:

Nr serii: 01/24/1

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,002 mol/l \pm 0,5%	0,001992 mol/l (\pm 0,000006 mol/L)
Barwa	Barwa fioletowa	zgodny

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 07/2024

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu