

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

Potasu wodorotlenek odważka analityczna
GC50707100 (porcja na 1L) do sporządzenia roztworu o stężeniu
0,1 mol/L

Gatunek: odważka
analityczna

Nr serii: 11/2022/01

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C) po przeniesieniu odważki do kolby o pojemności 1L	0,1 mol/l ± 0,5%	0,09995 mol/l (± 0,0003 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 11/2024

Do sporządzenia roztworu potrzebujemy kolby o pojemności 1L klasy A. Zawartość butelki przenosimy ilościowo do kolby miarowej. Następnie butelki z odważką wlewamy ok 75ml wody demi – zamykamy, potrząsamy przenosimy ilościowo do kolby – wprowadzamy do butelki z odważką kolejną porcję wody demi objętość ok 75ml, aby mieć pewność że całość odważki została przeniesiona do kolby w całości powtarzamy tę czynność 5 krotnie. Następnie uzupełniamy kolbę wodą demi do kreski. Zamykamy kolbę korkiem i mieszamy do jednorodnego roztworu.

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu