

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC502035

Potasu wodorotlenek r-r mianowany 0,23 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 10/23/1

| Parametr              | Wymagania             | Wynik                               |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Miano roztworu (20°C) | 0,23 mol/l $\pm$ 0,5% | 0,2289 mol/l ( $\pm$ 0,00069 mol/L) |

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 10/2025

## ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu