

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC502035  
GC502031

Potasu wodorotlenek r-r mianowany 0,23 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 4K6242

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,23 mol/l $\pm$ 0,5%	0,2299 mol/l ( $\pm$ 0,0007)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$  przy poziomie ufności 95%.

**Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**

**Okres ważności: 04/2026**

**ODCZYNNIK LABORATORYJNY**

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu