

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC502035
GC502031

Potasu wodorotlenek r-r mianowany 0,23 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 6243

| Parametr | Wymagania | Wynik |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Miano roztworu (20°C) | 0,23 mol/l ± 0,5% | 0,2302 mol/l (± 0,0007) |

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 06/2026

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu