

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC502035

GC502031

Potasu wodorotlenek r-r mianowany 0,23 mol/l

Gatunek:

Nr serii: K16_24_1

| Parametr | Wymagania | Wynik |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| Miano roztworu (20°C) | 0,23 mol/l ± 0,5% | 0,2306 mol/l (± 0,00069 mol/L) |

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 01/2026

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu