

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC307071

Potasu wodorotlenek w etanolu  
r-r mianowany 0,5 mol/L

Gatunek:

Nr serii: 5241

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,5 mol/l $\pm$ 0,5%	0,502 mol/l ( $\pm$ 0,003 mol/L)
Barwa	Od bezbarwnej do żółtej	zgodny

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$  przy poziomie ufności 95%.

**Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**

Okres ważności: 10/2024

**ODCZYNNIK LABORATORYJNY**

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu