

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC307071

Potasu wodorotlenek w etanolu
r-r mianowany 0,5 mol/L

Gatunek:

Nr serii: 8/23/1

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,5 mol/l \pm 0,5%	0,499 mol/l (\pm 0,003 mol/L)
Barwa	Od bezbarwnej do żółtej	zgodny

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 02/2024

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu