

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC695211

Potasu wodorotlenek r-r mianowany 2 mol/L

Gatunek:

Nr serii: 11/23/1

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	2,00 mol/l \pm 0,5%	1,99 mol/l (\pm 0,006 mol/L)
Barwa	bezbarwny	zgodny

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 11/2023

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu