

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC209151

Mocznik 10%

Gatunek: czda

Nr serii: 2241

Parametr	Wymagania	Wynik
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna lub jasnożółta ciecz	Zgodny
Zawartość	Min 10%	Zgodny
Cukry redukujące	Wg przepisu	Zgodny
Pozostałość po prażeniu (j. SO ₄)	Max 0,04%	Zgodny
Substancje łatwo zwęglające się	Wg przepisu	Zgodny
Chlorki (Cl)	Max 0,001%	Zgodny
Siarczany (SO ₄)	Max 0,01%	Zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	Max 0,001%	Zgodny
Arsen (As)	Max 0,00005%	Zgodny
Żelazo (Fe)	Max 0,001%	Zgodny

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**Okres ważności: 02/2028****ODCZYNNIK LABORATORYJNY****Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu**