

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC303045
GC303041
GC30304500

Magnezu siarczan 7 hydrat

Gatunek: **czda**

Nr serii: **2/23**

Parametr	Wymagania	Wynik
Wygląd zewnętrzny	Bezbarwne kryształy	Zgodny
Zawartość	98,5%-102,0%	99,76%
pH (5%, 20°C)	5,0-8,0	Zgodny
Substancje nierozpuszczalne w wodzie	Max. 0,01%	Zgodny
Chlorki (Cl)	Max. 0,0035%	Zgodny
Fosforany (PO ₄)	Max. 0,005%	Zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	Max. 0,0005%	Zgodny
Arsen (As)	Max. 0,002%	Zgodny
Wapń (Ca)	Max. 0,05%	Zgodny
Żelazo (Fe)	Max. 0,002%	Zgodny

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 02/2027

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu