

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

**GC307001**  
**GC30700200**

**Woda amoniakalna 25%**

Gatunek: czda

Nr serii: **5241**

<b>Parametr</b>	<b>Wymagania</b>	<b>Wynik</b>
Zawartość	24,5 do 25,5%	24,5%
Pozostałość po odparowaniu	Max 0,003%	< 0,003%
Substancje redukujące KMnO4 (j. O)	Max 0,0008%	< 0,0008%
Chlorki (Cl)	Max 0,0001%	< 0,0001%
Fosforany (PO4)	max. 0,0001%	< 0,0001%
Siarka całkowita (j. SO4)	Max 0,0003%	< 0,0003%
Węglany (CO3)	Max. 0,002%	< 0,002%

**Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**

**Okres ważności: 05/2028**

**ODCZYNNIK LABORATORYJNY**

**Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu**