

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC503071    Sodu tiosiarczan roztwór mianowany 0,005 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 5241

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,005mol/l ± 0,5%	0,00502 mol/l

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 05/2025

## ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu