

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

Sodu tiosiarczan odważka analityczna
GC30704100 (porcja na 1L) do sporządzenia roztworu o stężeniu
0,1 mol/L

Gatunek: odważka
analityczna

Nr serii: **06/2023**

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C) po przeniesieniu odważki do kolby o pojemności 1L	0,1 mol/l \pm 0,5%	0,1004 mol/l (\pm 0,0003 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 06/2025

Do sporządzenia roztworu potrzebujemy kolby o pojemności 1L klasy A. Do butelki z odważką wlewamy ok 75ml wody demineralizowanej – zamykamy, potrząsamy w celu rozpuszczenia odważki – przenosimy ilościowo do kolby – wprowadzamy do butelki z odważką kolejną porcję wody demineralizowanej objętość ok 75ml, aby mieć pewność że całość odważki została przeniesiona do kolby w całości powtarzamy tę czynność 5 krotnie. Następnie uzupełniamy kolbę wodą demineralizowaną do kreski. Zamykamy kolbę korkiem i mieszamy do jednorodnego roztworu.

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu