

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC309031
GC309035

Sodu tiosiarczan 0,1 mol/L

Gatunek:

Nr serii: **8241**

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,1 mol/l \pm 0,5%	0,09981 mol/l (\pm 0,0003 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 08/2025

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu