

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC2030521
GC20305225

Sodu chlorek (Farmaceutyczny)

Gatunek: **czda**

Nr serii: **02/24**

Parametr	Wymagania	Wynik
Zawartość	Min. 99,9%	100,2%
Substancje nierozp. W wodzie	Max. 0,005%	<0,005%
Starty po prażeniu	Max. 1,0%	<1,0%
Azot całkowity (N)	Max. 0,001%	<0,001%
Jodki	Max. 0,1%	<0,1%
Siarczany (SO ₄)	Max. 0,003%	<0,003%
Metale ciężkie (j. Pb)	Max. 0,0005%	<0,0005%
Arsen (As)	Max. 0,00005%	<0,00005%
Bar (Ba)	Max. 0,003%	<0,003%
Wapń (Ca)	Max. 0,004%	<0,004%
Żelazo (Fe)	Max. 0,0005%	<0,0005%
Potas (K)	Max. 0,03%	<0,03%
Magnez (Mg)	Max. 0,002%	<0,002%

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 02/2028

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu