

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC306031
GC30603500

Sodu wodorowęglan

Gatunek: **czda**

Nr serii: **01/24**

| Parametr | Wymagania | Wynik |
|--|-----------------------------|---------|
| Wygląd zewnętrzny | biały, krystaliczny proszek | Zgodny |
| Zawartość | min. 99,5 max. 101 | 100,1% |
| Substancje nierozpuszczalne w wodzie | max. 0,01 | <0,01 |
| pH (5%, H ₂ O) | min. 8 max. 8,6 | 8,0 |
| Chlorki (Cl) | max. 0,01 | <0,01 |
| Siarka całkowita (j. SO ₄) | max. 0,005 | <0,005 |
| Fosforany (PO ₄) | max. 0,002 | <0,002 |
| Sole amonowe (NH ₄) | max. 0,001 | <0,001 |
| Substancje redukujące jod (j. HCOOH) | max. 0,005 | <0,005 |
| Arsen (As) | max. 0,0002 | <0,0002 |
| Metale ciężkie (j. Pb) | max. 0,0005 | <0,0005 |
| Magnez (Mg) | max. 0,005 | <0,005 |
| Potas (K) | max. 0,005 | <0,005 |
| Wapń (Ca) | max. 0,005 | <0,005 |
| Żelazo (Fe) | max. 0,001 | <0,001 |

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wyrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 01/2028

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu