

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC408001

Sodu wodorotlenek r-r mianowany 0,01 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 01/2024

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,01 mol/l \pm 0,5%	0,009998 mol/l \pm 0,00003

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 01/2024

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu