

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC207081

Sodu wodorotlenek r-r mianowany 0,1 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 8/23

| Parametr | Wymagania | Wynik |
|-----------------------|----------------------|--------------|
| Miano roztworu (20°C) | 0,1 mol/l \pm 0,5% | 0,0998 mol/l |

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 08/2025

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu