

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC403095

Sodu wodorotlenek r-r mianowany 0,111 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 01/24/2

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,111 mol/l \pm 0,5%	0,1115 mol/l

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 01/2026

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu