

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC208051

GC208055

Sodu wodorotlenek r-r mianowany 0,25 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 7K1242

| Parametr | Wymagania | Wynik |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| Miano roztworu (20°C) | 0,25 mol/l ± 0,5% | 0,25031 mol/l (± 0,00075 mol/L) |

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 07/2026

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu