

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC208051

GC208055

Sodu wodorotlenek r-r mianowany 0,25 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 7K8241

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,25 mol/l ± 0,5%	0,25004 mol/l (± 0,00075 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 07/2026

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu