

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC204091  
GC204095

Sodu wodorotlenek r-r mianowany 1 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 01/24/1

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	1 mol/l ± 0,5%	1,001 mol/l (± 0,003 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

**Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**

**Okres ważności: 01/2026**

**ODCZYNNIK LABORATORYJNY**

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu