

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC204091  
GC204095

Sodu wodorotlenek r-r mianowany 1 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 10/23

| Parametr              | Wymagania          | Wynik                            |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| Miano roztworu (20°C) | 1 mol/l $\pm$ 0,5% | 1,001 mol/l ( $\pm$ 0,003 mol/L) |

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$  przy poziomie ufności 95%.

**Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**

**Okres ważności: 10/23**

## ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu