

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC204091
GC204095

Sodu wodorotlenek r-r mianowany 1 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 11/23/1

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	1 mol/l \pm 0,5%	1,0039 mol/l (\pm 0,003 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 11/25

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu