

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC204091
GC204095

Sodu wodorotlenek 1 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 4241

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	1,00 mol/l \pm 0,5%	0,999 mol/l (\pm 0,003)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 04/2026

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu