

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC3090330

Sodu wodorotlenek 30%

Gatunek: czda

Nr serii: 03/2023

| Parametr | Wymagania | Wynik |
|--|---------------------------|-----------|
| Zawartość | 30±1% | 30,3% |
| Chlorki (Cl) | Max 0,005% | < 0,005% |
| Siarczany (SO ₄) | Max 0,01% | < 0,01% |
| Węglan sodu (Na ₂ CO ₃) | Max 0,1% | < 0,1% |
| Pb (Ołów) | Max 0,001% | < 0,001% |
| Fe (Żelazo) | Max 0,0005% | < 0,0005% |
| Wygląd zewnętrzny | Bezbarwna, klarowna ciecz | |

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**Okres ważności: 03/2027****ODCZYNNIK LABORATORYJNY****Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu**